




















































WELCH ALLYN 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Laryngoskope für Kinder <i>Child size</i>	2.5 V	Vacuum	00100 / WA 1A	99-06501 (klar) 99-06502 (matt)
	Otoskope, Anuskope, Laryngoskope für Erwachs. <i>Laryngoscope adult size</i>	2.7 V	Vacuum	00200 / WA 2	99-066 99-0661 (mit Ring)
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>		3.5 V	Halogen	00300	99-5055
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	Sigmoidoskop 30800 <i>Sigmoidoscope</i>	2.5 V	Vacuum	00600	99-5056
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>				00800	Siehe 99-5039
	Ophthalmoskope/Skiaskop 10600, 121, 110, 17600, 17610	2.5 V	Vacuum	00900 / WA 9	99-165
	Durchleuchter 43200, 43000 <i>Finoff</i>	2.5 V	Vacuum	01000	99-5001
	Durchleuchter 43100 <i>Finoff</i>	2.5 V	Vacuum	01100	99-5002
	125 Binokulares Indirekts Ophthalmoskop 12500	4.65 V	Halogen	01200	99-5003
	Zungenspatel, PenLites 28000, 76000, 77700 <i>Tounge blades</i>	2.5 V	Vacuum	01300	99-5004
	PenLite 77800	2.5 V	Vacuum	01400	99-5005
	Skiaskop 17700	2.5 V	Vacuum	01800	99-5006
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>				01900	Siehe 99-5039
	Stirnleuchte 45003 (verkleinerte Darstellung) <i>Headlight reduces scale</i>	7.0 V	Vacuum	02000	99-5007

WELCH ALLYN 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Ophthalmoskop 11500	2.7V	Vacuum	02100 / WA 21	99-5008
	Otoskop 22900	2.5 V	Vacuum	02200	99-5009
	Ophthalmoskop 12900	2.5 V	Vacuum	02300 / WA23	99-5010
	Stirnlampe 46003 (verkleinerte Darstellung) <i>Headlight reduced scale</i>	6.0 V	Vacuum	02500 / WA 25	99-5011
	Stirnlampe 46003 <i>Headlight</i>	6.0 V	Vacuum	02600	99-5012
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>				02700	Siehe 99-5017
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	Klinic Ophthalmoskop 19090	2.5 V	Vacuum	02800	99-5048
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	Klinic Otoskop 29090	2.5 V	Vacuum	02900	99-5049
	Ophthalmoskop, Skiaskop, StrabismoScope, EpiScope 11710, 12400, 47300, 11600, 11605, 11610	3.5 V	Halogen	03000 / WA 30	99-5013
	Otoskope, Durchleuchter, Zungenspatel, 3.5V Adapter 2000, 25020, 21700, 20200, 20202, 25000 etc <i>Finoff, Tounge blade.</i>	3.5 V	Halogen	03100 / WA 31	99-5014
	Ophthalmoskope 11511, 11500	2.5 V 2.5 V	Vacuum Halogen	03300 / WA 33 03300 / WA 33	99-5015 99-5016
	Otoskope, Kehlkopfspiegel 21110, 24031, 24011, 24020, 24000, 27200 etc. <i>Throat mirror</i>	2.5 V	Halogen	03400 / WA 34 (02700)	99-5017
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	Compac Video Otoskop 23100P	3.5 V	Halogen	03500	99-5057

WELCH ALLYN 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Laryngoskop-Lichquelle 60500 <i>Laryngoscope lightsource</i>	2.5 V	Vacuum	03600	99-5018
	Skiaskop 18100	3.5 V	Halogen	03700	99-5019
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	PanOptic Ophthalmoskope 11800, 11810, 11820			03800	99-5051
	Ophthalmoskope 12810, 11110	2.5 V	Halogen	03900 / WA 39	99-5021
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>				04000	Siehe 99-5039
	Lichtquelle LX-150	21 V/150 W	Halogen	04050	99-5022
	Untersuchungsleuchten 48400, 48410 <i>Examination light</i>	14.5 V	Halogen	04100	99-5023
	Untersuchungsleuchten 48600, 48625 (verkleinerte Darstellung) <i>Examination light reduced scale</i>		Halogen	04200	99-5024
	Ophthalmoskop 11400	2.5 V	Vacuum	04300 / WA 43	99-5025
	Ophthalmoskope 11470, 11475, 11400, 11411	2.5 V	Halogen	04400 / WA 44	99-5026
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	Unters.-leuchte LS135 44305, 44315	35 W	Halogen	04430	99-5058
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>	Unters.-leuchte LS150 44505, 44515	15 V	Halogen	04450	99-5052
	Skiaskop 18010	3.5 V	Halogen	04500	99-5027

WELCH ALLYN 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	Skiaskop 17710	3.5 V	Halogen	04600	99-5028
	Laryngoskope f. Kinder 634, 664, 674, 680, 684, 690, 692, 694 Child size	2.5 V	Vacuum	04700 / WA 47	99-5029
	Laryngoskope f. Erwachs. 634, 640, 664, 674, 680, 684, 690, 692, 694, 40415 Adult size	2.5 V	Vacuum	04800 / WA 48	99-5030
	Ophthalmoskope 11720, 11730, 11620, 11630	3.5 V	Halogen	04900 / WA 49	99-5031
	Laryngoskop Griffe 60813, 60814, 60715, 60815, 60803, 60804 Laryngoscope handle	2.5 V	Halogen	06000 / WA 60	99-5032
	Untersuchungsleuchten 48435 Examination light	14.5 V	Halogen	06100	99-5033
	AudioSkope 23300, 23000, 23020, 23040	3.5 V	Halogen	06200	99-5034
	Untersuchungsleuchten 44100, 44110 Examination light	12 V, 20 W	Halogen	06300	99-5035
	Unters.-leuchte LS200 44200 (verkleinerte Darstellung) Examination light	25 W	Halogen	06400	99-5036
	Skiaskop 17200	2.5 V	Halogen	07200	99-5037
	PenLite 76600	2.5 V	Halogen	07600	99-5038
	Lichtgriff Vaginal-Spekulum 78000, 73210, 73200 Light handle	6.0 V	Vacuum	07800 (00800) (01900) (04000)	99-5039
	Untersuchungsleuchte 48100 Examination light	12 V	Halogen	08100	99-5040
	Skias kop 18200	3.5 V	Halogen	08200	99-5041

WELCH ALLYN 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Skiaskop 18300	3.5 V	Halogen	08300	99-5042
ohne Abbildung without picture	PocketScope Skiaskop 18400	2.5 V	Halogen	08400	99-5043
	LumiView 20502	3.6 V	Halogen	08500	99-5044
	MFI-Solarc-Lichtquelle 49502 (verkleinerte Darstellung) <i>Light source</i>	24 W	Kurzbogen	09500	99-5045
	SFI-Solarc-Lichtquelle 49602 (verkleinerte Darstellung) <i>Light source</i>	24 W	Kurzbogen	09600	99-5046
ohne Abbildung without picture		60 V 21 W	Kurzbogen	09800	99-5050
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>			Halogen	608125-501	99-5059

Riester 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Otoskop UNI I, speculight <i>Otoscope UNI I, speculight</i>	2.7 V	Vacuum	10421	99-114
	Ophthalmoskop May <i>Ophthalmoscope May</i>	2.7 V	Vacuum	10424	99-0045
	Otoskop Penscope <i>Otoscope Penscope</i>	2.5 V	Vacuum	10472	99-2060
	Ophthalmoskop Penscope <i>Ophthalmoscope Penscope</i>	2.7 V	Vacuum	10473	99-184
	Otoskope: ri-mini, ri-star, ri-scope Otosocpes: ri-mini, ri-star, ri-scope	2.5 V 3.5 V 3.5 V	Halogen Halogen Xenon	10600 10601 10607	99-0600 99-0601 99-1107